



Toruń 12.03.2020

**Protokół
z przeglądu BHP i Ppoż.**

W dniu 20 lutego 2020 roku Komisja
pod przewodnictwem Pana Dziekana prof. dr hab. Edwarda Szłyka

w składzie:
dr Mariusz Walczyk
mgr Joanna Kraśniewska
mgr Andrzej Skowroński
Józef Szenkowski

dokonała przeglądu n/w pracowniach:

1. Budynek A - Parter

- Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej (pom. 13, 36)
- Katedra Chemii Polimerów i Biomateriałów – Pracownia Krystalochemii i Biokrystalografii (pom. 3, 6)
- Zakład Chemii Kwantowej (pom. 26)

2. Budynek A – I piętro

- Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej (pom. 106, 108, 111, 122, 123, 124, 125, 137, 138, 157)
- Katedry Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej (118, 119, 142, 145, 146, 149)
- Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków (pom. 154, 163, 164)

3. Budynek A – II Piętro

- Katedra Chemii Polimerów i Biomateriałów (pom. 203, 205, 207, 211, 257, 258, 260, 261,
- Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków (pom. 207, 211, 257, 258)
- Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy (pom. 215, 218, 220a, 221, 223, 231, 232, 235, 238, 243, 245, 246, 249)
- Laboratorium Środowiska Pracy (pom. 254)
-

Komisja stwierdziła iż są pewne usterki remontowe, które będą stopniowo usuwane.

Lista zgłoszonych usterek:

- Naprawa podłogi PCV (pom. 13, 122, 124)
- Podklejenie wykładziny (pom. 36)
- Malowanie zacieków na ścianie (pom. 13, 26)
- Zaślepienie wnek w ścianie i uzupełnienie listew przypodłogowych (pom. 13)
- Uzupełnienie tynku przy oknie (pom. 207)

Ponadto komisja stwierdziła iż w niektórych pracowniach są do usunięcia puste zbędne kartony a także nieużywane meble (pom. 26, 108, 125, 164, 215, 221, 245, 261, 254)

W pracowniach znajduje się również stary sprzęt laboratoryjny, sprzęt komputerowy oraz drukarki do wywozu i utylizacji (pom. 26, 215, 218, 238, 254)

Kierownik
Zespołu Administracyjno-Gospodarczego

dr Mariusz Walczyk

DZIEKAN
prof. dr hab. Edward Szlyk



Toruń 15.10.2020

**Protokół
z przeglądu BHP i Ppoż.**

W dniu 6 października 2020 roku Komisja
pod przewodnictwem Pani Dziekan prof. dr hab. Iwony Łakomskiej

w składzie:

dr Mariusz Walczyk
mgr Joanna Kraśniewska
mgr Andrzej Skowroński
Józef Szenkowski

dokonała przeglądu n/w pracowniach dydaktycznych:

1. Budynek C6

- Pracownia Analizy Instrumentalnej (parter) - Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej
- Pracownia Chemii Fizycznej (parter) - Katedry Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów
- Pracownia Chemii Organicznej (piętro I) - Katedry Chemii Biomedycznej i Polimerów
- Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej (piętro I) - Katedry Chemii Biomedycznej i Polimerów

2. Budynek C7

- Pracownia Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki (parter)
- Pracownia Chemii Organicznej (piętro I) - Katedry Chemii Organicznej

3. Budynek C8

- Pracownia Chemii ogólnej (parter) - Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy
- Pracownia Chemii Analitycznej Ilościowej (piętro I) - Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej
- Pracownia Chemii Nieorganicznej (piętro I) - Katedry Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

Komisja zaleca:

- sukcesywne usuwanie usterek remontowych
- zlecenie kompleksowego przeglądu gaśnic na terenie całego wydziału, ze względu na upływający termin ważności legalizacji gaśnic (listopad 2020)
- sukcesywną aktualizację i uzupełnianie oznaczeń dot. BHP, p.poż oraz regulaminów pracowni

Kierownik
Zespołu Administracyjno-Gospodarczego

dr Mariusz Walczyk

Dziekan

prof. dr hab. Iwona Łakomska